

Requisiti studio del medico di medicina generale

Il Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.

In particolare devono essere rispettati i seguenti requisiti:

1. disponibilità di locale per l'effettuazione delle prestazioni professionali di adeguata superficie, di norma non inferiore a mq 9, dotato di lavabo, riservato all'attività sanitaria; il locale destinato alla visita medica deve garantire la riservatezza degli accertamenti e la sicurezza dell'archivio che custodisce la documentazione sanitaria;
2. Disponibilità di locale/vano sala di attesa di adeguata superficie, di norma non inferiore a mq 9;
3. servizio igienico;
4. i locali devono avere pavimenti lavabili. Pari requisiti devono avere le pareti perimetrali del servizio igienico per un'altezza di m. 2.00;
5. tutti i locali devono avere l'altezza non inferiore a m. 2.70, eccetto i servizi igienici ove è consentita un'altezza utile interna non inferiore a m. 2.40;
6. un'adeguata illuminazione e ventilazione naturale o, in alternativa alla sola ventilazione naturale, impianto di climatizzazione.

Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.

Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.