

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1085
Data del provvedimento	09-05-2022
Oggetto	Acquisti
Contenuto	Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla società Burke & Burke SpA, della fornitura di n. 12 monitor multiparametrici trasportabili e di n. 5 monitor multiparametrici trasportabili con rilevazione della EtCO2 da destinare a varie strutture dell'Azienda USL Toscana Centro

Dipartimento	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
Direttore Dipartimento	PESCINI LORENZO
Struttura	SOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Direttore della Struttura	ASQUINO MARIATERESA
Responsabile del procedimento	ASQUINO MARIATERESA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	3	OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1
B	3	OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2
C	2	VERBALE DI VALUTAZIONE OTV LOTTO 1
D	3	VERBALE DI VALUTAZIONE OTV LOTTO 2

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la Delibera n. 644 del 18/04/2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi e la Delibera n. 889 del 23/07/2020 avente ad oggetto *“Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata all’Allegato A della Delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019”*;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii., recante la *“Disciplina del servizio sanitario regionale”*;

Premesso che:

- con Delibera del Direttore Generale n. 785 del 30/05/2019 di approvazione delle integrazioni e delle modifiche all’assetto organizzativo di Dipartimenti aziendali, la quale tra l’altro, istituisce la struttura, afferente alla Direzione Amministrativa, *“S.O.C. Acquisizione beni e servizi”*, che accentra tutte le funzioni di approvvigionamento e acquisizione;
- con Delibera del Direttore Generale n. 1129 del 02/08/2019 di conferimento degli incarichi di Direzione di Strutture dell’Area Tecnico Amministrativo, è stato conferito a far data dal 19/08/2019 l’incarico di Direttore della *“S.O.C. Acquisizione Beni e servizi”* alla Dr.ssa Mariateresa Asquino;

Preso atto della deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1274 del 24/11/2018 ad oggetto: *“Indirizzi ad Estar ed alle aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi di piccolo importo”* con la quale vengono approvate le Linee di indirizzo per le acquisizioni di piccolo importo nel Sistema sanitario regionale e viene stabilito il trasferimento delle funzioni di acquisto sotto i 40.000,00 euro alle aziende sanitarie;

Dato atto che con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 916 del 20/06/2019, aggiornato con deliberazione del Direttore Generale n. 982 del 08/07/2021 è stato adottato il Regolamento dell’attività Contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi per i seguenti ambiti di competenza:

a) Servizi socio sanitari,

b) Beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Considerato che il Direttore Generale con nota Prot. n. 95384 del 04/09/2019 ha nominato la Dott.ssa Mariateresa Asquino RUP delle procedure di gara dei contratti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Codice degli appalti, limitatamente all’ambito di applicazione della DGRT 1274/2018 e dell’art. 30 del Regolamento dell’Attività contrattuale dell’Azienda USL Toscana Centro approvato con Delibera n. 916/2019, e aggiornato con successiva Delibera n. 982/2021, che assegna la competenza in merito agli affidamenti in oggetto alla SOC Acquisizione Beni e Servizi;

Vista la richiesta R17/260 - R18/180 - R18/434 - R19/221 - R20/305 - R20/614 - R21/208 - R21/227 del 18/03/2022 pervenuta dal Dr. Alessandro Stagi – SOC Monitoraggio e programmazione performance clinico assistenziale Pistoia, Prato e Empoli e relazioni con Agenzie esterne, autorizzata dal Direttore Sanitario, relativa all’acquisizione in 2 lotti separati di n. 12 monitor multiparametrici trasportabili e di n. 5 monitor

multiparametrici trasportabili con rilevazione della EtCO₂ da destinare a varie strutture dell'Azienda USL Toscana Centro, conservata agli atti d'ufficio;

Considerato che i suddetti apparecchi non rientrano attualmente in alcuna gara Estar o in alcuna convenzione Consip;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata avviata una procedura negoziata telematica n. 005417/2022 sulla piattaforma START per l'acquisizione in 2 lotti separati per la fornitura di n. 12 monitor multiparametrici trasportabili e di n. 5 monitor multiparametrici trasportabili con rilevazione della EtCO₂ da destinare a varie strutture dell'Azienda USL Toscana Centro, per un importo complessivo a base di gara pari a € 39.990,00 i.e., di cui € 22.900,00 i.e. per il Lotto 1 e di € 17.000,00 i.e. per il Lotto 2, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai parametri e ai punteggi stabiliti nella lettera di invito;
- con lettera di invito prot. n. 22704 del 24/03/2022 sono stati invitati a presentare offerta, per entrambi i lotti, i seguenti operatori economici: BURKE&BURKE SPA, AESSE MEDICAL SPA, MINDRAY MEDICAL ITALY SRL, DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA, GADOMED SRL, SEVIG SRLS, MORETTI SPA, FOGAL SRL, ALEA SAS;
- entro la scadenza, inizialmente posta alle ore 12:00 del giorno 01/04/2022, poi prorogata alle ore 12:00 del giorno 05/04/2022, sono pervenute sulla piattaforma START le offerte delle seguenti ditte:
 - per il Lotto 1: BURKE&BURKE SPA, AESSE MEDICAL SPA, GADOMED SRL, MORETTI SPA, FOGAL SRL, ALEA SAS;
 - per il Lotto 2: BURKE&BURKE SPA, AESSE MEDICAL SPA, GADOMED SRL, MORETTI SPA, FOGAL SRL, ALEA SAS;
- in data 13/04/2022 le offerte tecniche del Lotto 1 e del Lotto 2 sono state inviate all'Organo Tecnico di Valutazione, individuato nell'Ing. Caterina Corbo e nella Dr.ssa Lucia Zamidei – SOC Anestesia e Rianimazione Prato;
- nell'ambito dell'esame della documentazione tecnica della Ditta AESSE MEDICAL SPA l'OTV ha riscontrato l'assenza della dichiarazione "latex free" dei prodotti offerti, documento obbligatorio come previsto dagli atti di gara, pertanto in data 20/04/2022 è stato richiesto, tramite la piattaforma START, un chiarimento alla Ditta AESSE MEDICAL SPA sulla mancata presentazione della suddetta dichiarazione;
- in data 22.04.22 la Ditta AESSE MEDICAL SPA ha confermato l'assenza, nella propria offerta tecnica, della dichiarazione "latex free" sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, pertanto si è provveduto all'esclusione della suddetta Ditta dalla procedura, come previsto dagli atti di gara;
- le offerte tecniche degli altri operatori economici che hanno presentato offerta sono state valutate, per ciascun lotto, in base ai parametri e ai punteggi stabiliti negli atti di gara con un massimo di 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo;
- l'OTV, in data 29/04/2022 ha inviato i verbali di valutazione, uno per ciascun lotto,, allegati in parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato C ed Allegato D) dai quali si evincono i punteggi tecnici conseguiti dalle Ditte concorrenti che , sommati ai punteggi economici attribuiti in automatico dalla piattaforma START, formano le seguenti graduatorie finali:

LOTTO 1					
n.	Denominazione	Prezzo offerto	Punteggio tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale
1	BURKE&BURKE SPA	€ 19.080,00	63,00	22,41	85,41
2	FOGAL SRL	€ 14.255,16	47,50	30,00	77,50
3	ALEA SAS	€ 18.900,00	51,50	22,62	74,12

4	GADOMED SRL	€ 19.284,12	50,50	22,17	72,67
5	MORETTI SPA	€ 19.320,00	50,50	22,13	72,63

LOTTO 2					
n.	Denominazione	Prezzo offerto	Punteggio tecnico	Punteggio Economico	Punteggio Totale
1	BURKE&BURKE SPA	€ 13.250,00	66,00	30,00	96,00
2	MORETTI SPA	€ 14.776,00	53,50	26,90	80,40
3	ALEA SAS	€ 14.025,00	51,50	28,34	79,84
4	GADOMED SRL	€ 16.910,80	53,50	23,50	77,00
5	FOGAL SRL	€ 16.021,30	50,50	24,81	75,31

Acquisite inoltre le dichiarazioni, conservate agli atti d'ufficio, rilasciate dai componenti dell'Organo Tecnico di Valutazione, sull'assenza di conflitto di interessi in relazione agli operatori economici che hanno presentato offerta per la gara in oggetto;

Dato atto che la Dr.ssa Mariateresa Asquino, quale RUP di gara ha attestato la regolarità della suddetta procedura nonché la congruità del prezzo di aggiudicazione, come da relazione conservata agli atti di ufficio presso la SOC Acquisizione Beni e Servizi;

Verificato che la Società BURKE & BURKE SPA ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico-professionale, di cui agli articoli n. 80 e n. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato inoltre atto che per la Società BURKE & BURKE SPA:

- è stato acquisito tramite il servizio DURC-on-Line del portale web <https://www.inail.it> il DURC relativo alla medesima società, con esito regolare nei confronti di INPS e INAIL con validità fino al 07/06/2022;
- è stata verificata in data 03/05/2022 l'assenza di annotazioni riservate sul Casellario informatico dell'ANAC per la medesima società;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 63, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta BURKE&BURKE SPA con sede legale in Via Albert Einstein 32 – 20057 Assago (MI) della seguente fornitura:

LOTTO 1

- N. 12 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI marca Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd, modello M12, comprensivi di tutti gli accessori specificati nel dettaglio di offerta, da destinare a varie strutture dell'Azienda USL Toscana Centro all'importo unitario di € 1.590,00 i.e., per un importo complessivo di € 19.080,00 i.e., come da offerta economica del 30/03/2022, allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A);

LOTTO 2

- N. 5 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI CON RILEVAZIONE DELLA EtCO2 marca Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd, modello M12, comprensivi di tutti gli accessori specificati nel dettaglio di offerta, da destinare a varie strutture dell'Azienda USL Toscana Centro all'importo unitario di € 2.650,00 i.e., per un importo complessivo di € 13.250,00 i.e., come da offerta economica del 30/03/2022, allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato B);

L'importo complessivo dell'aggiudicazione per il Lotto 1 e il Lotto 2 è di € 32.330,00 i.e.;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4 della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii., in quanto la presente acquisizione riveste carattere di urgenza

ed improrogabilità al fine di adeguare le sale endoscopiche con le apparecchiature oggetto della presente acquisizione;

Dato atto che:

- l'ordine/contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il RUP avrà cura di trasmettere il presente atto agli uffici competenti all'emissione dell'ordine/contratto;

Dato atto, altresì, che il Direttore della SOC Acquisizione beni e servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dalla stessa in qualità di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **Di aggiudicare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 63, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta BURKE&BURKE SPA con sede legale in Via Albert Einstein 32 – 20057 Assago (MI), la seguente fornitura:

LOTTO 1

- N. 12 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI marca Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd, modello M12, comprensivi di tutti gli accessori specificati nel dettaglio di offerta, da destinare a varie strutture dell'Azienda USL Toscana Centro all'importo unitario di € 1.590,00 i.e., per un importo complessivo di € 19.080,00 i.e., come da offerta economica del 30/03/2022, allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato A).

LOTTO 2

- N. 5 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI CON RILEVAZIONE DELLA EtCO2 marca Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd, modello M12, comprensivi di tutti gli accessori specificati nel dettaglio di offerta, da destinare a varie strutture dell'Azienda USL Toscana Centro all'importo unitario di € 2.650,00 i.e., per un importo complessivo di € 13.250,00 i.e., come da offerta economica del 30/03/2022, allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato B);

L'importo complessivo dell'affidamento per il Lotto 1 e il Lotto 2 è di € 32.330,00 i.e..

2. **Di allegare**, in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, le offerte economiche, del Lotto 1 e del Lotto 2, presentate tramite piattaforma START della società BURKE&BURKE SPA (Allegato A ed Allegato B).
3. **Di allegare**, in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, i verbali di valutazione dell'Organo Tecnico di Valutazione del Lotto 1 e del Lotto 2 (Allegato C ed Allegato D).
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento, compresi gli atti allegati, sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito Web di questa Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana.
5. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4 della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii., per le motivazioni espresse in narrativa.
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento agli Uffici competenti, ai fini dell'emissione dell'ordine.

7. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della LRT 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE SOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Mariateresa Asquino)

Offerta Economica

Il sottoscritto GIUSTO BONANDRINI, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente BURKE & BURKE S.p.A., con sede legale in Assago ,Via Albert Einstein , 32;

In merito al lotto denominato "LOTTO 1 - FORNITURA DI N. 12 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI" relativo alla gara "Procedura negoziata per l'affidamento in 2 lotti separati della fornitura di N. 12 MONITOR MULTIPARAMETRICI e di N. 5 MONITOR MULTIPARAMETRICI CON RILEVAZIONE DELLA EtCO2 da destinare a varie strutture dell'Azienda USL Toscana Centro" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 17,00739 %.

Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 19.080,00

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 19.080,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.

li 31/03/2022

Ditta: BURKE & BURKE S.p.A.										ALL. CI	
Partita Iva Dirca: 01059590105											
Nome del Produttore: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd)										Partita Iva del Produttore: N/A Extra CEE	
OGGETTO: LOTTO 1 - Fornitura di N. 12 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI											
SCHEDA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA - NS. PREV. GARA N. 22/00388 - BON/SS/1a											
Nr.	DESCRIZIONE APPARECCHIATURA e ACCESSORI nella seguente configurazione:	QUANTITA'	Marca e Modello	Codice Prodotto Fornitore	Codice Prodotto (Fabbricante) REF	Codice di Isiuno	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)	SCONTO %	PREZZO UNITARIO SCONTATO (IVA esclusa)	TOTALE (IVA esclusa)	ALIQUOTA IVA
1	M12 Monitor multiparametrico da 12,1" (Produttore: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd) Display a Colori TFT LCD da 12,1" Configurazione standard: ECG a 3/5 derivazioni, Frequenza Cardiaca, RESP, NIBP, SPO2, Frequenza Polso, 2-TEMP Batteria ricaricabile Li-Ion integrata	12	Marca: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd	BLTM12 CND: Z1203020202 RDM: 2080727	M12	BLTM12	€ 1.766,67	10%	€ 1.590,00	€ 19.080,00	5%
1.1	Aggiornamento Touch-screen, per serie M	12	Marca: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd	BLTTSM	TSM	BLTTSM	Incluso	//	Incluso	Inclusi	//
1.2	Carrello con aggancio rapido	12	Marca: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd	BLT20-100- 0028	20-100-0028	BLT20-100- 0028	Incluso	//	Incluso	Inclusi	//
1.3	Stampante termica con porta seriale per M10/M12- S10/S12 Include un rotolo di carta termica BLT25- 100-0001	12	Marca: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd	BLTTRS05-S	BTRS05-S	BLTTRS05-S	Incluso	//	Incluso	Inclusi	//
1.4	Cosciale per NIBP, Adr taglia XI per grande obeso, riutilizzabile (Diametro 44 - 53 cm)	12	Marca: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd	BLTBN2-AT CND: Z1203020280 RDM: 416122	BN2-AT	BLTBN2-AT	Incluso	//	Incluso	Inclusi	//
1.5	PER ULTERIORI DETTAGLI VI PREGHIAMO DI CONSULTARE IL NS. PREV. GARA N. 22/00388 FORNITO IN ALLEGATO.										
1.6	Altre: specificare, se presente nella configurazione offerta: //										
IMPORTO COMPLESSIVO SCONTATO										19.080,00 €	
N.B.: La ditta dovrà quotate in maniera distinta le apparecchiature, avanzi alimentazione elettrica separata INCLUSA NELLA FORNITURA											

2	STARTER KIT (compreso nell'offerta) COSI' COMPOSTO:					
2.1	COD. BLT15-031-0013	Cavo ECG, 3/5 derivazioni, a bottone (12 pin)	1 pz			
2.2	COD. BLT15-100-0008	Elettrodi ECG a bottone adesivi, Adt, monouso	10 pz			
2.3	COD. BLT15-100-0359	Sensore SpO2 a dito in gomma, Adt, riutilizzabile (12 pin)	1 pz			
2.4	COD. BLT15-031-0008	Tubo di collegamento per NIBP, connessione rapida	1 pz			
2.5	COD. BLT15-100-0019	Bracciale per NIBP, Adt taglia M, riutilizzabile (25,35 cm)	1 pz			
2.6	COD. BLT12-100-0031	Batteria ricaricabile Li-Ion (11,1V/2500mAh)	1 pz			
2.7	COD. CAV_SERIE-M	Cavo di alimentazione	1 pz			
2.8	COD. MAN-SERIE-M/U/O	Manuale Operativo	1 pz			
2.9	COD. MAN-SERIE-M/U/S	Manuale Service	1 pz			
DI CUI: COSTI DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (corrispondenti a quanto riportato nell'offerta economica)		€ 95,40 =				
La percentuale di sconto applicata sulla fornitura sarà applicata anche sul Listino dei materiali di ricambio						
*) Le spese di imballaggio, trasporto, consegna, installazione e collaudo sono comprese nei corrispettivi offerti						
*) garanzia minima mesi 24						
Assage (MJ), 30 marzo 2022						Prima digitale del dichiarante

Offerta Economica

Il sottoscritto GIUSTO BONANDRINI, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente BURKE & BURKE S.p.A., con sede legale in Assago ,Via Albert Einstein , 32;

In merito al lotto denominato "LOTTO 2 - FORNITURA DI N. 5 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI CON RILEVAZIONE DELLA EtCO2" relativo alla gara "Procedura negoziata per l'affidamento in 2 lotti separati della fornitura di N. 12 MONITOR MULTIPARAMETRICI e di N. 5 MONITOR MULTIPARAMETRICI CON RILEVAZIONE DELLA EtCO2 da destinare a varie strutture dell'Azienda USL Toscana Centro" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 22,05882 %.

Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 13.250,00

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 13.250,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.

li 31/03/2022

Ditta: BURKE & BURKE S.p.A.

Partita Iva Ditta: 01059590105

Nome del Produttore: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd.)

Partita Iva del Produttore: N/A Extra CEE

ALL.CI

OGGETTO: LOTTO 2 - Fornitura di n. 5 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI CON RILEVAZIONE DELLA ECG2

SCHEDA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA - NS. PREV. GARA N.22/00390 - BON/SS/1a

Nr.	DESCRIZIONE APPARECCHIATURA e ACCESSORI nella seguente configurazione:	QUANTITA'	Marca e Modello	Codice Prodotto Fornitore	Codice Prodotto (Fabbricante) REF	Codice di listino	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)	SCONTO %	PREZZO UNITARIO SCONTATO (IVA esclusa)	TOTALE (IVA esclusa)	ALIQUOTA IVA
1	M12. Monitor multiparametrico da 12,1" (Produttore: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd.) Display a Colori TFT LCD da 12,1". Configurazione standard: ECG a 3/5 derivazioni, Frequenza Cardiac, RESP, NIBP, SpO2, Frequenza Polso, Z-TEMP Batteria ricaricabile Li-Ion integrata	5	Marca: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd Modello: M12	BLTM12 CND: Z1203020202 RDM: 2080727	M12	BLTM12	€ 2.944,15	10%	€ 2.650,00	€ 13.250,00	5%
11	Aggiornamento Touch-screen, per serie M	5	Marca: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd Modello: //	BLTTSM	TSM	BLTTSM	Incluso	//	Incluso	Inclusi	//
12	Carrello con aggancio rapido	5	Marca: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd Modello: //	BLT20-100-0028	20-100-0028	BLT20-100-0028	Incluso	//	Incluso	Inclusi	//
13	Stampante termica con porta seriale per M10/M12-S10/S12 Include un rotolo di carta termica BLT25-100-0001	5	Marca: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd Modello: //	BLTBTTS50S-S	BTR50S-S	BLTBTTS50S-S	Incluso	//	Incluso	Inclusi	//
14	Modulo E/CO2 MicroStream BLT Capno_S con kit accessori Include kit accessori composto da 2 trappole raccogli-condensa, 2 adattatori vie aeree e 2 linee di campionamento monouso	5	Marca: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd Modello: //	BLTTS12-C7	S12-C7	BLTTS12-C7	Incluso	//	Incluso	Inclusi	//
15	Coscinle per NIBP, Adl taglia XL per grande obeso, riutilizzabile (Diametro 44 - 53 cm)	5	Marca: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd Modello: //	BLTBN2-AT CND: Z1203020280 RDM: 416122	BN2-AT	BLTBN2-AT	Incluso	//	Incluso	Inclusi	//
16	PER ULTERIORI DETTAGLI VI PREGHIAMO DI CONSULTARE IL NS. PREV. GARA N.22/00390 FORNITO IN ALLEGATO.										
17	Altro: specificare, se presente nella configurazione offerta: //										
IMPORTO COMPLESSIVO SCONTATO										13.250,00 €	

N.B.: La ditta dovrà quotare in maniera distinta le apparecchiature aventi alimentazione elettrica separata INCLUSA NELLA FORNITURA

2	STARTER KIT (compreso nell'offerta) COSI' COMPOSTO:				
2.1	COD. BL.T15-031-0013	Cavo ECG, 3/5 derivazioni, a bottone (12 pin)	1 pz		
2.2	COD. BL.T15-100-0008	Elettrodi ECG a bottone adesivi, Adh, monouso	10 pz		
2.3	COD. BL.T15-100-0359	Sensore SpO2 a dito in gomma, Adh, riutilizzabile (12 pin)	1 pz		
2.4	COD. BL.T15-031-0008	Tubo di collegamento per NIBP, connessione rapida	1 pz		
2.5	COD. BL.T15-100-0019	Bracciale per NIBP, Adh taglia M, riutilizzabile (25-35 cm)	1 pz		
2.6	COD. BL.T12-100-0031	Batteria ricaricabile Li-Ion (11,1V/2500mAh)	1 pz		
2.7	COD. CAV_SERIE-M	Cavo di alimentazione	1 pz		
2.8	COD. MAN-SERIEM/U/O	Manuale Operativo	1 pz		
2.9	COD. MAN-SERIEM/U/S	Manuale Service	1 pz		
DI CUI: COSTI DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (corrispondenti a quanto riportato nell'offerta economica)				€66,25=	
La percentuale di sconto applicata sulla fornitura sarà applicata anche sul listino dei materiali di ricambio					
1)Le spese di imballo, trasporto, consegna, installazione e collaudo sono comprese nei corrispettivi offerti					
2)garanzia minima mesi 24					
Assago (MI), 30 marzo 2022				Firma digitale del dichiarante	

Prato, [REDACTED]
29/04/2022

Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento Direzione Amministrativa
SOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: "Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 63, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento in 2 lotti separati della fornitura di N. 12 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI e di N. 5 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI CON RILEVAZIONE DELLA EtCO2 da destinare a varie strutture dell'Azienda USL Toscana Centro."

Lotto n.1: n.12 Monitor Multiparametrici Trasportabili

VALUTAZIONE DI IDONEITÀ TECNICA

Relativamente alla procedura di cui all'oggetto si è proceduto alla valutazione della documentazione tecnica pervenuta dai seguenti Fornitori:

1. Aesse Medical S.p.A.– ha proposto il sistema Philips mod. G30E
2. ALEA S.A.S. di Dadone Silvio & C.– ha proposto il sistema Shenzhen Million Medical Instrument Co, Ltd mod. ML1200C
3. BURKE & BURKE S.p.A. – ha proposto il sistema Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd mod. M12, Monitor multiparametrico
4. FOGAL S.R.L.– ha proposto il sistema SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD - P.R. CHINA mod. MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMA K12 COD35306
5. Gadomed S.r.l.– ha proposto il sistema Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. mod. uMEC-10
6. Moretti SpA.– ha proposto il sistema COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO,LTD. mod. LTD365- ref. STAR8000E

L'offerta della ditta Aesse Medical S.p.A. non è stata oggetto di valutazione in quanto la ditta risulta esclusa dalla procedura per mancata trasmissione di dichiarazione latex free dei prodotti offerti.

Ai fini della valutazione, il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTI
1	Caratteristiche funzionali	Saranno valutate le caratteristiche funzionali dell'apparecchio come ad esempio i parametri monitorati, la facilità di visualizzazione dei parametri e tracce rilevati e la contemporaneità della loro visualizzazione, la durata della batteria	20
2	Caratteristiche tecniche	Saranno valutate le caratteristiche tecniche dell'apparecchio come ad esempio i range di misurazione dei parametri fisiologici monitorati e le modalità di rilevazione degli stessi, la completezza degli allarmi e le loro caratteristiche.	30
3	Ergonomia e maneggevolezza	Saranno valutate le caratteristiche di ergonomia e maneggevolezza del sistema come ad esempio dimensioni e peso, dimensioni e caratteristiche del display, caratteristiche dell'interfaccia utente e facilità di utilizzo.	15

4	Caratteristiche preferenziali	Saranno apprezzate eventuali ulteriori prestazioni, caratteristiche e funzioni offerte dalla Ditta nella configurazione base, in aggiunta a quanto richiesto nelle caratteristiche tecniche minime. Saranno apprezzate offerte che prevedono l'utilizzo di materiale di consumo reperibile su libero mercato.	5
TOTALE			70

Dall'analisi della documentazione pervenuta, si evidenzia inoltre che:

- Le apparecchiature elettromedicali offerte presentano sufficienti caratteristiche funzionali. I prodotti offerti dagli operatori economici BURKE & BURKE S.p.A e Gadomed S.r.l. presentano un'elevata autonomia della batteria. L'operatore BURKE & BURKE S.p.A permette inoltre la visualizzazione in contemporanea di un elevato numero di parametri a schermo. **(criterio 1)**.
- Tutte le apparecchiature offerte presentano discreti range di misurazione dei parametri. Apprezzata la facilità di visualizzazione degli allarmi con barra luminosa integrata del dispositivo offerto da burke & burke. **(criterio 2)**.
- Le apparecchiature proposte dagli operatori economici BURKE & BURKE S.p.A e Moretti SpA presentano un peso inferiore ai 3 kg. I monitor presentati dalle ditte ALEA S.A.S, FOGAL S.R.L., BURKE & BURKE S.p.A e Moretti SpA hanno il display di dimensioni maggiori o uguali a 12 pollici. Il monitor proposto dall'operatore BURKE & BURKE S.p.A inoltre è dotato di touchscreen ed ha una elevata risoluzione. **(criterio 3)**.
- Tutte le apparecchiature elettromedicali presentano caratteristiche preferenziali valutate positivamente, da un punto di vista clinico. **(criterio 4)**.

Alla luce di queste considerazioni, per quanto l'attribuzione del punteggio qualitativo delle offerte tecniche, si propongono i seguenti risultati:

CRITERIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE	ALEA S.A.S. di Dadone Silvio & C.	BURKE & BURKE S.p.A.	FOGAL S.R.L.	Gadomed S.r.l.	Moretti SpA
1	Caratteristiche funzionali	16	20	12	18	12
2	Caratteristiche tecniche	21	24	21	21	21
3	Ergonomia e maneggevolezza	10,5	15	10,5	7,5	13,5
4	Caratteristiche preferenziali	4	4	4	4	4
TOTALE		51,5	63	47,5	50,5	50,5

Dott.ssa Lucia Zamidei
SOC Anestesia e Rianimazione
Ospedale di Prato Santo Stefano

Lucia Zamidei

Ing. Caterina Corbo
ESTAR - Dipartimento Tecnologie Sanitarie
SOC Tecnologie Sanitarie USL TCE ed ISPRO

Caterina Corbo

Prato, XXXXXXXXXX
29/04/2022

Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento Direzione Amministrativa
SOC Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: "Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 63, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento in 2 lotti separati della fornitura di N. 12 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI e di N. 5 MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI CON RILEVAZIONE DELLA EtCO2 da destinare a varie strutture dell'Azienda USL Toscana Centro."

Lotto n.2: n.5 Monitor Multiparametrici Trasportabili con rilevazione della EtCO2

VALUTAZIONE DI IDONEITÀ TECNICA

Relativamente alla procedura di cui all'oggetto si è proceduto alla valutazione della documentazione tecnica pervenuta dai seguenti Fornitori:

1. Aesse Medical S.p.A.– ha proposto il sistema Philips mod. G30E
2. ALEA S.A.S. di Dadone Silvio & C.– ha proposto il sistema Shenzhen Million Medical Instrument Co, Ltd mod. ML1200C
3. BURKE & BURKE S.p.A. – ha proposto il sistema Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd mod. M12, Monitor multiparametrico
4. FOGAL S.R.L.– ha proposto il sistema SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO. LTD - P.R. CHINA mod. MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMA K12 COD35306/ETCO2
5. Gadomed S.r.l.– ha proposto il sistema Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. mod. ePM-10 Compact
6. Moretti SpA.– ha proposto il sistema COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO,LTD. mod. LTD365- ref. STAR8000E

L'offerta della ditta Aesse Medical S.p.A. non è stata oggetto di valutazione in quanto la ditta risulta esclusa dalla procedura per mancata trasmissione di dichiarazione latex free dei prodotti offerti.

Ai fini della valutazione, il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTI
1	Caratteristiche funzionali	Saranno valutate le caratteristiche funzionali dell'apparecchio come ad esempio i parametri monitorati, la facilità di visualizzazione dei parametri e tracce rilevati e la contemporaneità della loro visualizzazione, la durata della batteria	20
2	Caratteristiche tecniche	Saranno valutate le caratteristiche tecniche dell'apparecchio come ad esempio i range di misurazione dei parametri fisiologici monitorati e le modalità di rilevazione degli stessi, la completezza degli allarmi e le loro caratteristiche.	30
3	Ergonomia e maneggevolezza	Saranno valutate le caratteristiche di ergonomia e maneggevolezza del sistema come ad esempio dimensioni e peso, dimensioni e	15

		caratteristiche del display, caratteristiche dell'interfaccia utente e facilità di utilizzo.	
4	Caratteristiche preferenziali	Saranno apprezzate eventuali ulteriori prestazioni, caratteristiche e funzioni offerte dalla Ditta nella configurazione base, in aggiunta a quanto richiesto nelle caratteristiche tecniche minime. Saranno apprezzate offerte che prevedono l'utilizzo di materiale di consumo reperibile su libero mercato.	5
TOTALE			70

Dall'analisi della documentazione pervenuta, si evidenzia inoltre che:

- Le apparecchiature elettromedicali offerte presentano sufficienti caratteristiche funzionali. I prodotti offerti dagli operatori economici BURKE & BURKE S.p.A e Gadomed S.r.l. presentano un'elevata autonomia della batteria. L'operatore BURKE & BURKE S.p.A permette inoltre la visualizzazione in contemporanea di un elevato numero di parametri a schermo. **(criterio 1)**.
- Tutte le apparecchiature offerte presentano discreti range di misurazione dei parametri. Apprezzata la facilità di visualizzazione degli allarmi con barra luminosa integrata del dispositivo offerto da burke & burke. Apprezzata la completezza di modalità di misurazione della EtCO2 dei prodotti offerti da BURKE & BURKE S.p.A., FOGAL S.R.L., Gadomed S.r.l., Moretti SpA. **(criterio 2)**.
- Le apparecchiature proposte dagli operatori economici BURKE & BURKE S.p.A e Moretti SpA presentano un peso inferiore ai 3 kg. I monitor presentati dalle ditte ALEA S.A.S, FOGAL S.R.L., BURKE & BURKE S.p.A e Moretti SpA hanno il display di dimensioni maggiori o uguali a 12 pollici. Il monitor proposto dall'operatore BURKE & BURKE S.p.A inoltre è dotato di touchscreen ed ha una elevata risoluzione. **(criterio 3)**.
- Tutte le apparecchiature elettromedicali presentano caratteristiche preferenziali valutate positivamente, da un punto di vista clinico. **(criterio 4)**.

Alla luce di queste considerazioni, per quanto l'attribuzione del punteggio qualitativo delle offerte tecniche, si propongono i seguenti risultati:

CRITERIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE	ALEA S.A.S. di Dadone Silvio & C.	BURKE & BURKE S.p.A.	FOGAL S.R.L.	Gadomed S.r.l.	Moretti SpA
1	Caratteristiche funzionali	16	20	12	18	12
2	Caratteristiche tecniche	21	27	24	24	24
3	Ergonomia e maneggevolezza	10,5	15	10,5	7,5	13,5
4	Caratteristiche preferenziali	4	4	4	4	4
TOTALE		51,5	66	50,5	53,5	53,5



Dott.ssa Lucia Zamidei
SOC Anestesia e Rianimazione
Ospedale di Prato Santo Stefano

Lucia Zamidei



Servizio
Sanitario
della
Toscana

REGIONE
TOSCANA



Ing. Caterina Corbo
ESTAR - Dipartimento Tecnologie Sanitarie
SOC Tecnologie Sanitarie USL TCE ed ISP

Caterina Corbo